

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:**

**„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА
НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД ГР. СВИЩОВ.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения по условията на процедурата, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП предоставям следните разяснения:

ВЪПРОС №1

„Дайте подробни технически параметри на номенклатурите от група 61! За какви диализни апарати са продуктите, вид мемрана, стерилизация и т.н.? „

РАЗЯСНЕНИЕ

Диализните апарати са марка Фрезениус Медикъл Кеър, модели 4008S; 4008В; 4008 Н; 5008 S. Вид мембрана – полисулфонови мембрани. Стерилизация – с гама лъчи. Клирънсовите стойности да са съобразени с техническите параметри на диализния апарат.

ВЪПРОС №2

„Мостри трябва ли да се предоставят“

РАЗЯСНЕНИЕ

Не

ВЪПРОС №3

„Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – необходими ли са?“

РАЗЯСНЕНИЕ

Да. Посочени са в т.11.5 от указанията за участие в процедурата, неразделна част от документацията за участие.

Забележка: На основание чл.33, ал.4 от ЗОП, настоящите разяснения по условията на обществената поръчка се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

С уважение,

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ МИХОВ
УПРАВИТЕЛ НА
МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД ГР. СВИЩОВ

